**Estándar de conductividad 12880 µS/cm Sachet (20 mL x 25)**
HI 700304P

## Descripción

Los estándares de conductividad 12,880 µS/cm HI700304P de la línea de piscinas son soluciones premium usadas para calibrar medidores de conductividad y salinidad en piscinas, spas y jacuzzis. Los estándares de CE son trazables a la NIST y empacados en bolsas plásticas de un solo uso. Cada sachet cuenta con el número de lote y fecha de expiración estampadas. El material del empaque bloquea la luz solar, asegurando la frescura de la solución al abrirla. La línea de soluciones de conductividad Hanna se ha formulado especialmente para conservarse hasta por 5 años desde su manufactura en un empaque sin abrir.

- Presentación conveniente para un único uso
- 25 sachets del estándar con 20 mL de la solución
- Ideales para técnicos de campo en el mantenimiento de piscinas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Estándar de conductividad |
| **Valor CE @ 25°C** | 12,880 µS/cm |
| **Presentación** | sachets |
| **Cantidad** | 25 |
| **Tamaño** | 20 mL |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

Calibración de medidores CE/TDS usados en la medición de salinidad para piscinas, jacuzzis y spas.

## Ventajas

La conductividad eléctrica (CE) es una medida de la habilidad de la solución para conducir una carga eléctrica. La CE se utiliza de manera habitual para determinar la salinidad en las piscinas de agua salada. Estas piscinas utilizan el proceso de electrólisis para convertir la porción de cloruros de la sal en cloro. Esto es crítico para mantener los niveles ideales de sal en un proceso eficiente de electrólisis. Muy poca sal resultará en una deficiencia de cloro y demasiada puede causar incomodidades a la hora de nadar.

El Total de Sólidos Disueltos (TDS) es un parámetro medido ampliamente. Una lectura de conductividad se realiza para determinar la lectura de TDS. Un factor de conversión 0.5 se utiliza para convertir de CE a TDS. Para la solución estándar de 12,880 µS/cm este sería de 6.44 ppt.

Los estándares conductividad 12,880 µhttp://regional.hannacolombia.com/taxonomy/term/18S/cm HI700304P para la línea de piscina se usan en la calibración de medidores de conductividad. Los HI700304P contienen cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Materiales estándar de referencia) en agua desionizada de uso analítico de acuerdo con las ISO 3696/BS3978. Algunos de los instrumentos necesarios para la fabricación de estos estándares incluyen balanzas analíticas certificadas, vidriería clase A y termómetros certificados.

### Beneficios de utilizar empaques individuales

- Ideal para técnicos en campo y propietarios de piscina que deseen calibrar sus medidores de CE/TDS.
- Cada sachet se encuentra tan fresco como el día en que se fabricó
- Cada sachet se encuentra marcado con el número de lote y fecha de vencimiento
- Los estándares de conductividad Hanna cuentan con una formulación especializada que permite una vida útil de 5 años desde la manufactura para un sobre sin abrir.

## Video

No Especifica