Solución estándar de conductividad de 12880 µS/cm (500ml)
HI7030L/C

Descripción

Las soluciones de conductividad de HANNA tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y vienen en un frasco hermético con sello a prueba de manipulación para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de conductividad de HANNA ha sido especialmente formulada para tener una duración de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Este tiempo aplica solo a una botella que no haya sido abierta.

Especificaciones

Descripción	Solución estándar de conductividad
Certificado de análisis	Si
Envase	Botella
Cantidad de análisis	1

Tamaño	500 ml
Valor EC @25°C	12880 µS/cm

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

El **HI7030L/C** es una solución de conductividad de calidad superior de 12,880 µS/cm estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia Estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con la norma ISO 3696/BS3978. Adicionalmente, se utiliza en la preparación de las soluciones balanzas certificadas con control de peso, vidrio clase A y termómetros certificados.

-Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento: Los estándares de calibración de HANNA están especialmente formulados para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir.

-Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones: Garantiza la calidad y la pureza de la solución.

-Tabla de temperatura del valor real µS/cm a varias temperaturas impresas en cada botella.

El HI7030L/C se suministra con certificado de análisis

- Código de producto.
- Número de lote.
- Valor promedio del lote.
- SRMs que se usaron.
- Fecha de fabricación.
- Fecha de caducidad.


Certificate of Analysis

HANNA instruments

Method of standardization:

This quality product is standardized using a meter and a specially designed multi-reference probe. Hanna standards are prepared from high purity salts and Deionized water for analytical use (103696/[illegible]978), using balance periodically checked with certified weights and Class A glassware, in a temperature conditioned environment checked with certified thermometers. Reported values are traceable to NIST Standard Reference Materials [S[illegible]] undersigned hereby certifies the following data to be true specifications of the obtained results of [illegible] analysis.

Product code: HI5007-G0[illegible] Mean [illegible] value: 7.[illegible] ± 0.[illegible] @ 25 °C Measurement unit: pH

Lot number: [illegible]6095 Expiry date: May 2018 Manufacturing date: 2013/05/16

SRM: 185h S.R.M and 186[illegible]-g / 186[illegible] SR[illegible] Ref. No: 16E31

Laboratory manager: Elena Lazăr Date of release: 2013/05/16

SAMPLE

Video

No Especifica