Solución de calibración pH 4.01, botella 500 ml
HI7004L/C

Descripción

El **HI7004L/C** es una solución de calibración pH 4.01 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un certificado de análisis. Los estándares de calibración HANNA tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de HANNA ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin destapar.

Especificaciones

Descripción	Solución de calibración estándar
Certificado de análisis	Si
Precisión de pH	±0.01 pH
Valor pH @ 25 °C	4.01

Envase	Botella
Cantidad de análisis	1
Tamaño	500 ml

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

El **HI7004L/C** está producido de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978, utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de +/- 0.01 pH @ 25 °C y son trazables según los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

-Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones: Garantiza la calidad y la pureza de la solución.

-Etiqueta codificada por colores para fácil identificación del valor del pH del tampón: La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.

El certificado de análisis contiene:

- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad



Certificate of Analysis

HANNA instruments

Method of standardization:

This quality product is standardized using a meter and a specially designed multi-reference probe. Hanna standards are prepared from high purity salts and Deionized water for analytical use. Weighing balances are periodically checked with certified weights and Class A glassware, in a temperature controlled environment. Checked with certified thermometers. Reported values are traceable to NIST Standard Reference Materials [SRM] and designed to hereby certify the following data to be true specifications of the obtained results of the performed analysis.

Product code: HI5007-G0[illegible] Measured value: 7.[illegible] ± 0.[illegible] @ 25 °C Measurement unit: pH

Lot number: [illegible]6095 Expiry date: Ma[illegible]2018 Manufacturing date: 2013/05/16

SRM: 185h S.R.M and 186[illegible]g / 186[illegible] SR[illegible] Ref. No: 16E31

Laboratory manager: Elena Lazăr Date of release: 2013/05/16

SAMPLE

Video

No Especifica